

Kompozitní materiál typu flow

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: methakrylové pryskyřice (bis-GMA, UDMA, TGDMA), anorganické nanočástice, pigmenty, fotoiniciátor, inhibitor.

URČENÍ

Světlem vytvrzovaný kompozit typ flow RAINBOW FLOW je určený k:

- výplním mléčných a stálých zubů
- pečetění fisur
- označování vyústění kořenových kanálků

ZPŮSOB POUŽITÍ

Výplně zubů, pečetění fisur:

Opracovaný defekt/fisuru leptejte (např. leptadlem BLUE ETCH), vypláchněte a vysušte. Použijte bondovací systém. Vyplněte defekt vrstvou kompozitu s tloušťkou 2 mm, následně vytvrzujte polymerační lampou po dobu 10–15 sekund.

V případě potřeby naneste další vrstvu materiálu a znovu vytvrďte.

Označování vyústění kanálků:

Po trvalém vyplnění kořenového kanálku. Na vyústění kanálku naneste vrstvu kompozitu v tloušťce cca 2 mm a vytvrzujte polymerační lampou po dobu 10–15 sekund. Zářivá barva materiálu pomáhá pečlivě najít vyústění uzavřených kořenových kanálků při následující návštěvě lékaře.

Okamžitě po použití přípravku stáhněte píst stříkačky a uzavřete obal originálním šroubovacím uzávěrem, aby nedocházelo k polymeraci přípravku.

Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte přípravek u pacientů s precitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Nevytvrzený přípravek dráždí oči a kůži. V případě kontaktu okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití nevyvolávejte zvracení, vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při práci s přípravkem používejte koferdam, rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C.

Chraňte proti působení slunečního záření. Po použití těsně uzavřete.

Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

DOSTUPNÉ OBALY

Stříkačka s obsahem 1 g přípravku, sada jednorázových aplikátorů.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85