



PRODUKTOVÁ SPECIFIKACE Getinge Assured

Getinge Assured Multicritical Process Variable Indicator (Steam) Chemický indikátor pára multiparam. Getinge, typ 4, laminovaný Objednávací číslo: 504.051.700

Getinge Assured Multicritical Process Variable Indicator Typ 4 - je navržen pro použití v parních sterilizátorech pracujících při teplotě 121 °C–20 minut nebo 134 °C–7 minut.

Chemický indikátor sleduje všechny proměnné parametry sterilizace (čas, teplota a pára) a potvrzuje, že byly splněny všechny podmínky sterilizace podle EN ISO 11140-1

Výkonnostní charakteristika

Indikátorová skvrna Getinge Assured Multicritical Process Variable Indicator (Steam) změní barvu z krémově bílé na tmavě hnědou nebo černou, pokud jsou splněny všechny parametry parní sterilizace.

Fyzikální charakteristika

- Laminace
- Rozměry: d 101 mm x š 16 mm

Skladování:

Skladujte v originálním balení při teplotě 10-38 °C a 10 % - 60 % relativní vlhkosti.
Skladujte mimo dosah sterilizačních prostředků, slunečního záření a UV záření

Doba použitelnosti:

24 měsíců. Doba expirace je vyznačena na obalu.

Balení: 250 ks

Klasifikace dle standardů:

EN ISO 11140-1, Chemický indikátor pára typ 4

Výrobce:

Getinge AB Lindholmspiren 7 P.O. Box 8861 SE-417 56 Göteborg Sweden +46 (0)10 335 0000