Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

G-BOND™

ONE COMPONENT SELF-ETCHING LIGHT-CURED ADHESIVE

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Bonding of light cured composites and acid modified composites (compomers) to tooth structure.
2. Bonding of dual cured luting and core build up composites to tooth structure as long as these materials are light cured.

CONTRAINDICATIONS
1. Direct pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer, methacrylate polymer, or acetone.

NOT TO BE USED
1. In combination with chemically cured composite resin.
2. In combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder G-BOND from setting or bonding properly.
3. In combination with desensitizers as desensitizers may hinder G-BOND from setting or bonding properly.
4. In combination with dual cured luting and core build up composites in case these materials will not be light cured.

DIRECTIONS FOR USE
1. CAVITY PREPARATION
Prepare tooth using standard techniques. Use rubber dam for protection. Dry the prepared tooth surfaces by gently blowing with an air syringe.
Note:
For direct pulp capping, use calcium hydroxide.
2. APPLICATION
a) Prior to dispensing, shake the bottle of G-BOND thoroughly (Fig. 1).
b) Dispense a few drops into a clean dispensing dish (Fig. 2).
c) Replace bottle cap immediately after use (Fig. 3).
d) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces using the disposable applicator (Fig. 4).
e) Leave undisturbed for 5-10 seconds after the end of application (Fig.5).
f) Then, dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive (Fig. 6). The final result should be a thin, smooth, adhesive film with the appearance of frosted glass and which does not visibly move under further air pressure.
Note:
1) When removing from refrigerator after long-term storage, leave the bottle of G-BOND to stand at room temperature for several minutes prior to use.
2) Non cut enamel should be treated with a 35-40% phosphoric acid gel, rinsed with water and gently driedbefore using G-BOND.
3) Apply G-BOND immediately as the material contains a volatile solvent.
4) Remove excess material remaining on the tooth (other than the surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet as residue material is hard to remove after light cure.
5) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by re-applying material.
3. LIGHT CURING
Light cure using a visible light curing unit (Fig. 7).

Irradiation time	
Halogen / LED (700 mW/cm²)	10 seconds
Plasma Arc (2000 mW/cm²)	3 seconds
High power LED (more than 1200 mW/cm²)	5 seconds

In case where the light guide tip is more than 10mm away from the surface to be irradiated, light cure for the following time.

Halogen / LED (700 mW/cm²)	20 seconds
Plasma Arc (2000 mW/cm²)	6 seconds
High power LED (more than 1200 mW/cm²)	10 seconds

Note:
1) Light cure completely for an effective bonding strength.
2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.

4A. PLACEMENT OF LIGHT CURED COMPOSITES AND COMPOMERS
After having light cured the adhesive, follow manufacturer's instructions for use in order to place, cure and finish light cure the composite resin material of choice.
4B. PLACEMENT OF DUAL CURED COMPOSITES
After having light cured the adhesive, make sure to light cure the dual cured composite material separately. Self curing only will result in improper adhesion.
5. FINISHING
Adjust restoration and polish using standard techniques.

STORAGE
If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator, otherwise store at room temperature (1-28°C) (33.8-82.4°F).
Shelf life: 2 years from date of manufacture.

PACKAGE
1. Kit:
5 mL liquid (1),
2. Refill
5 mL liquid (1)
Note:
All packaging types may not be available in all countries.

CAUTION
1. G-BOND is flammable. Do not use near open flame. Keep away from sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep away from direct sunlight.
2. G-BOND is volatile. Use in a well ventilated place.
3. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
4. In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse thoroughly with water.
5. If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister, advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark disappears, usually in 1-2 weeks. To avoid contact, it is recommended to apply COCOA BUTTER to the area where rubber dam cannot cover.
6. Avoid inhalation or digestion of material.
7. When spilt on the table or floor, immediately wipe off with a dry cloth.
8. Do not mix with other products.
9. Dispose of all waste according to local regulations.
10. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
11. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
12. Do not place under operating light.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DO NOT IMMERSE: Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Last revised : 08/2017

CE 0086

MANUFACTURED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED BY:
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode•Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B•3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

G-BOND™

ЕДНО КОМПОНЕНТЕН САМО-ЕЦВАЩ ФОТО-ПОЛИМЕРИЗИРАЩ АДХЕЗИВ

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ
1. Свързване на фото-полимеризиращи композити и киселинно модифицирани композити (компомери) към зъбните структури.
2. Свързване на двойно полимеризиращи композитни за цементиране и изграждане към зъбните структури, стига тези материали да се фото-полимеризират.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
1. Директно покриване на пулпата.
2. Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с известни алергии към метакрилатен мономер, метакрилатен полимер, или ацетон.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА
1. В комбинация с химично-полимеризиращи композитни смоли.
2. В комбинация с материали, съдържащи евгенол, тъй като евгенола може да наруши полимеризацията или адекватното свързване на G-BOND.
3. В комбинация с десенсибилизатори, тъй като те могат да нарушат полимеризацията или адекватното свързване на G-BOND.
4. В комбинация с двойно полимеризиращи композитни за цементиране и изграждане, ако тези материали няма да бъдат фото-полимеризирани.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
1. ПРЕПАРИРАНЕ НА КАВИТЕТА
Препарирайте зъба по стандартния начин. Използвайте кофердам за изолация. Подсушете подготвената повърхност с нежна струя въздух от въздуховатка.
Забележка:
За покриване на Директно покриване на пулпата, използвайте калциев хидроксид.
2. НАНАСЯНЕ
a) Преди дозиране, разклатете гриволо бутилката с G-BOND (Фиг. 1).
б) Капнете няколко капки в чисто дозиращо легенче (Фиг. 2).
в) След употреба, веднага затворете капачката (Фиг. 3).
г) ВЕДНАГА нанесете върху препарираните емайлови и дентинови повърхности чрез апликатора на апликатор (Фиг. 4).
д) Оставете необезпокояван за 5-10 секунди след края на апликацията (Фиг. 5).
е) След тоа, внимателно изпушете за 5 секунди с безмаслен въздух под МАКСИМАЛНО налягане. Използвайте аспиратор, за да предотвратите разпръскването на адхезива (Фиг. 6). Крайният резултат трябва да е тънък, адхезивен филм, с изглед на заскрежено стъкло и който не се движи видимо под по нататъшното прилагане на въздушно налягане.
Забележка:
1) След дългосрочно съхранение в хладилник, преди употребата оставете за няколко минути бутилката на G-BOND на стайна температура.
2) Несрязаният емайл трябва да бъде третиран с гел от 35-40% фосфорна киселина, промит с вода и нежно подсушен преди употребата на G-BOND.
3) Нанесете G-BOND незабавно, тъй като материала съдържа летлив разтворител.
4) Отстранете излишния материал, останал върху зъбната повърхност (извън подлежащите на свързване повърхности), чрез гъбичка или памучен тупфер, тъй като останалия материал се отстранява трудно след фото-полимеризиране.
5) Ако нанесения материал се замърси с вода, кръв или слюнка, преди фото-полимеризиране, промийте и подсушете зъба и повторете процедурата, чрез повторно нанасяне на материала.
3. ФОТО-ПОЛИМЕРИЗИРАНЕ
Фото-полимеризирайте, използвайки фото-полимеризираща лампа, източник на видима светлина (Фиг. 7).

Експонационни времена	
Халогенна / Диодна (700 mW/cm²)	10 секунди
Плазмена дъга (2000 mW/cm²)	3 секунди
Високо енергиен LED (повече от 1200 mW/cm²)	5 секунди.

Ако края на светловода е отдалечен повече от 10mm от повърхността, която ще бъде осветявана, променете времената както следва:

Халогенна / Диодна (700 mW/cm²)	20 секунди
Плазмена дъга (2000 mW/cm²)	6 секунди
Високо енергиен LED (повече от 1200 mW/cm²)	10 секунди.

Забележка:
1) Фото-полимеризирайте напълно за ефективно свързване.
2) Използвайте защитен щит или очила, за да се предпазите по време на фото-полимеризирането.

4А. ПОСТАВЯНЕ НА ФОТО-ПОЛИМЕРИЗИРАЩИ КОМПОЗИТИ И КОМПОМЕРИ
След фото-полимеризирането на адхезива, следвайте инструкциите за употреба на производителя, за да нанесете, контурирате и фото-полимеризирате избрания композит.
4Б. ПОСТАВЯНЕ НА ДВОЙНО ПОЛИМЕРИЗИРАЩИ КОМПОЗИТИ
След фото-полимеризирането на адхезива, осигурете отделно фото-полимеризиране на двойно-полимеризиращия композитен материал. Химико-полимеризирането ще доведе до неадекватна адхезия.
5. ФИНИРАНЕ
Контурирайте възстановяването и полирайте чрез стандартни техники.

СЪХРАНЕНИЕ
Ако не се използва за продължителен период от време, съхранявайте в хладилник, иначе съхранявайте на стайна температура (1-28°C) (33.8-82.4°F).
Срок за съхранение: 2 години от датата на производство.

ОПАКОВКА
1. Комплект:
5 mL течност (1), дозиращо легенче (No.1) (1), еднократен апликатор (50).
2. Допълнително
5 mL течност (1)
Забележка:
Някои видове опаковки може да не са достъпни във всички страни.

ВНИМАНИЕ
1. G-BOND е запалим. Не използвайте близо до открит пламък. Дръжте далеч от източници на искри. Не съхранявайте големи количества на едно място. Дръжте далеч от пряка слънчева светлина.
2. G-BOND е летлив. Използвайте в добре вентилирани помещения.
3. При контакт с очите, незабавно промийте с вода и потърсете медицинска помощ.
4. При контакт с оралната лигавица или кожата, незабавно отстранете с памучен тупфер. След завършване на лечебната процедура, промийте обилно с вода.
5. Ако тъканите, влезли в контакт с материала, побелеят или се образува ацма, посъветвайте пациента да остане засегнатата област необезпокоявана, докато следите изчезнат, обикновено за 1-2 седмици. За да избегнете контакт, се препоръчва, да нанесете COCOA BUTTER в областта, която не покрита от кофердам.
6. Предотвратете вдишване или поглъщане на материала.
7. Ако разсипете на масата или на пода, незабавно избършете със суха кърпа.
8. Не смесвайте с други продукти.
9. Изхвърлете всички отпадъци, съгласно местните разпоредби.
10. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
11. В редки случаи, продуктът предизвиква сезкъчувствителност у някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.
12. Не поставяйте под оперативна светлина.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъда определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност, налични на:
http://www.gceurope.com
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.
Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е уврежено. НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотвати изсушаване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

Последна редакция : 08/2017

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

G-BOND™

JEDNOSLOŽKOVÉ, SAMOLEPTACÍ, SVĚTLEM TUHNOUCÍ ADHEZIVUM

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
1. Vazba světlem tuhnoucích kompozit a kyselinou modifikovaných kompozit (kompomerů) k tvrdým zubním tkáním.
2. Vazba duálně tuhnoucích fixačních cementů a kompozit pro dostavby k tvrdým zubním tkáním za předpokladu, že jsou světlem tuhnoucí.

KONTRAINDIKACE
1. Přímé překrytí pulpy.
2. Vyvarujte se použití tohoto produktu u pacientů, u kterých je známa alergie na monomer metakrylátu, polymer metakrylátu nebo aceton.

NEPOUŽÍVAT
1. V kombinaci s chemicky tuhnoucími kompozitními pryskyřicemi.
2. V kombinaci s materiály obsahujícími eugenol, jelikož eugenol může bránit řádnému tuhnutí a vazbě G-BOND.
3. V kombinaci s prostředky na znecitlivění, jelikož tyto můžou bránit řádnému tuhnutí a vazbě G-BOND.
4. V kombinaci s duálně tuhnoucími fixačními cementy a kompozity pro dostavby v případě, že tyto materiály nebudou polymerovány světlem.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. PŘÍPRAVA KAVITY
Připravte zub za použití standardních technik. Použijte kofrdam pro ochranu. Osušte preparované zubní tkáně jemným ofouknutím.
Poznámka:
Pro překrytí pulpy použijte hydroxid vápenatý.
2. APLIKACE
a) Před použitím lahvičku s G-BOND řádně protřepejte (obr. 1).
b) Připravte si několik kapek na čistou aplikační misku (obr. 2).
c) Po použití lahvičku ihned uzavřete (obr. 3).
d) IHNED aplikujte na povrch preparované skloviny a dentinu pomocí mikrotěrtečku (obr. 4).
e) Nechte nedotčené po 5-10 sekund po skončení aplikace (obr. 5).
f) Poté 5 sekund důkladně osušte vzduchem (bez obsahu oleje) pod MAXIMÁLNÍM tlakem. Použijte odsávání, abyste zabránili nežádoucímu potřísnění adhezivem (obr. 6). Konečným výsledkem by měla být tenká, drsná, adhezivní vrstva se vzhledem povrchu namrzlého skla, která se již pod dalším tlakem vzduchu viditelně nepohybuje.
Poznámky:
1) Pokud materiál skladujete delší dobu v ledničce, ponechte před použitím lahvičku G-BOND několik minut stát při pokojové teplotě.
2) Nepreparovaná skloviny by měla být před použitím G-BOND ošetřena 35 - 40% gelem kyseliny fosforečné, opláchnutá vodou a jemně osušená.
3) G-BOND aplikujte okamžitě, jelikož materiál obsahuje těkavé rozpouštědlo.
4) Odstraňte přebytky materiálu na zubu (na okolním povrchu, který nebude bondován) pomocí houbičky nebo vatového tampónu, protože přebytky se po světelné polymeraci těžko odstraňují.
5) Pokud by měl být aplikovaný materiál kontaminován vodou, krví nebo slinou, opláchněte osušte zub a opakujte celou proceduru novou aplikací materiálu.
3. SVĚTELNÁ POLYMERACE
Polymerujte pomocí polymerační lampy (obr. 7).

Doba ovsitu	
Halogenová / LED (700 mW/cm²)	10 sekund
Plazma (2000 mW/ cm²)	3 sekundy
Vysoce výkonná LED (více než 1200 mW/cm²)	5 sekund

V případě, že je světlovod více než 10 mm od povrchu ovsitu, polymerujte po následující dobu.

Halogenová / LED (700 mW/cm²)	20 sekund
Plazma (2000 mW/ cm²)	6 sekund
Vysoce výkonná LED (více než 1200 mW/cm²)	10 sekund

Poznámka:
1) Polymerujte zcela pro účinnou sílu vazby.
2) Použijte ochranný štít nebo podobnou ochranu očí během polymerace.

4А. APPLIKACE SVĚTLEM TUHNOUCÍCH KOMPOZIT A KOMPOMERŮ
Následně po polymeraci adheziva postupujte dle návodu výrobce s umístěním, vytvarováním a světlem tuhnoucí kompozitní pryskyřice dle Vaší volby.
4Б. APPLIKACE DUÁLNĚ TUHNOUCÍCH KOMPOZIT
Následně po polymeraci adheziva se ujistěte, že jste duálně tuhnoucí materiál polymerovali světlem samostatně. Pouhá chemická (vlastní) polymerace má za následek nedokonalou vazbu.
5. DUÁLKOTĚSŇOVÁNÍ
Upravte (dokončete) výplň a vyleštěte pomocí standardních technik.

SKLADOVÁNÍ
Pokud materiál dlouhodobě nepoužíváte, uskladněte jej v lednici. V opačném případě skladujte při pokojové teplotě (1-28°C) (33,8-82,4°F).
Expirace: 2 roky od data výroby

BALENÍ
1. Sada:
5 mL lahvička (1), aplikační misku (No. 1) (1), mikrotěrtečky (50)
2. Náhradní balení
5 mL lahvička (1)
Poznámka:
Všechny typy balení nemusejí být dostupné v jednotlivých zemích.

UPOZORNĚNÍ
1. G-BOND je hořlavý. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Udržujte v bezpečné vzdálenosti od zápalných zdrojů. Neskladujte příliš velké množství na jednom místě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
2. G-BOND je těkavý. Používejte na dobře větraném místě.
3. V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
4. V případě kontaktu s tkání dutiny ústní nebo pokožkou okamžitě otřete houbičkou nebo vatovým tampónem. Po dokončení výplně důkladně opláchněte vodou.
5. Pokud zasažená tkáň zbělá nebo se na ní vytvoří puchýř, doporučte pacientovi, aby zasažené místo ponechal volné, dokud skvrna nezmizí, obvykle na 1 – 2 týdny. Abyste se vyhnuli nežádoucímu kontaktu, doporučuje se na místa, která nejsou chráněná kofrdamem, aplikovat kakaové máslo (COCOA BUTTER).
6. Materiál nevdechujte ani nepolykejte.
7. Když se materiál rozlije na stůl nebo na podlahu, ihned setřete suchým hadříkem.
8. Nemíchejte s dalšími výrobky.
9. S veškerým vzniklým odpadem zacházejte dle místních předpisů.
10. Při práci vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, obličejové masky a ochranné brýle.
11. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře.
12. Nenechávejte pod pracovním světlem.

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese:
http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy střední úroveň dezinfekce. Ihned po použití zkontrolujte a označte v případě pochybností. Znehodnoťte, pokud došlo k poškození dávkovacího systému. NEPONOŘUJTE. Aby nedocházelo k zaschnutí a hromadění nečistot, důkladně očistěte dávkovací systém. Dezinfikujte produktem registrovaným pro střední úroveň dezinfekce dle místních zdravotních předpisů.

Posledně upravené : 08/2017

Prije uporabe pažljivo pročitati upute za uporabu. HR

G-BOND™

JEDNOKOMPONENTNI SAMOJETKAJUĆI SVJETLOSNOPOLIMERIZIRAJUĆI ADHEZIV

Samo za stručnu stomatološku uporabu u navedenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Spajanje svjetlosnopolimerizirajućih kompozita i kiselinom modificiranih kompozita (kompomera) za zubno tkivo.
2. Vazba duálně tuhnoucích fixačních cementů a kompozit pro dostavby k tvrdým zubním tkáním za předpokladu, že jsou světlem tuhnoucí.

KONTRAINDIKACIJE
1. Direktno prekrivanje pulpe.
2. Izbjegavati uporabu proizvoda kod pacijenata s alergijama na metakrilat, monomer, metakrilat polimer ili aceton.

NE SMIJE SE KORISTITI
1. U kombinaciji s kemijski stvrdnjavajućim kompozitima.
2. U kombinaciji s materijalima koji sadrže eugenol budući da eugenol može spriječavati pravilno stvrdnjavanje ili spajanje G-BOND-a.
3. U kombinaciji sa sredstvima za desenzibilizaciju budući da mogu spriječavati pravilno stvrdnjavanje ili spajanje G-BOND-a.
4. U kombinaciji s dvostruko polimerizirajućim kompozitima za cementiranje i nadogradnje ako se ti materijali ne polimeriziraju.

UPUTE ZA UPORABU
1. PRIPRAVA KAVITETA
Zub pripremiti standardnim tehnikama. Koristiti koferdam za zaštitu. Osušiti pripremljene zubne površine blagim zračnim mlazom.
Bilješka:
Za direktno prekrivanje pulpe koristiti kalcij hidroksid.
2. PRIMJENA
a) Prije uporabe dobro protresti bočicu G-BOND (slika 1).
b) Istisnuti nekoliko kapi na čistu aplikacijsku mišku (obr. 2).
c) Bočicu zatvoriti odmah nakon uporabe (slika 3).
d) Materijal ODMAH nanijeti na pripremljene površine zakline i dentina pomoću aplikatora s mikro vrhom (slika 4).
e) Ostaviti stajati 5-10 sekundi nakon nanošenja (slika 5).
f) Zatim temeljito osušiti 5 sekundi nemasnim zračnim mlazom pod MAKSIMALNIM pritiskom. Koristiti vakuum za usisavanje raspršenog materijala (slika 6). Završni rezultat treba biti tanki, hrapavi, adhezivni sloj koji izgleda poput smrznutog stakla i koji se vidljivo ne pomiče pod zračnim pritiskom.
Bažnja:
1) Nakon dužeg čuvanja u hladnjaku bočicu G-BOND prije uporabe ostaviti nekoliko minuta na sobnoj temperaturi.
2) Prije uporabe G-BOND-a nepreparirane zakline obrediti 35 -40% gelom fosforne kiseline,isprati vodom i lagano osušiti.
3) G-BOND uvijek odmah nanijeti budući da sadrži hlapljivo otapalo.
4) Spužvicom ili vatom ukloniti preostali materijal sa zuba (osim u površina koje se spajaju) budući da je teško odstraniti višak materijala nakon stvrdnjavanja.
5) Ako se je primjenjeni materijal onečistio vlagom, krvlju ili slinom, materijal valja isprati, osušiti zub i ponoviti postupak.
3. SVJETLOSNA POLIMERIZACIJA
Polimerizirati uređajem za polimerizaciju vidljivim svjetlom (slika 7).

Vrijeme osvjetljavanja	
Halogeno / LED svjetlo (700 mW/cm²)	10 sekundi
Plazmeno lučno svjetlo (2000 mW/cm²)	3 sekunde
Visoko snažno LED (više od 1200 mW/cm²)	5 sekundi

Ako se vrh vodilice za svjetlo nalazi više od 10 mm od površine za osvjetljavanje, koristiti sljedeće vrijeme osvjetljavanja.

Halogeno / LED svjetlo (700 mW/cm²)	20 sekundi
Plazmeno lučno svjetlo (2000 mW/cm²)	6 sekundi
Visoko snažno LED (više od 1200 mW/cm²)	10 sekundi

Bažnja:
1) Za dobru čvrstoću spajanja valja potpuno polimerizirati.
2) Tijekom polimerizacije koristiti zaštitu za oči.

4А. PRIMJENA SVJETLOSNOPOLIMERIZIRAJUĆIH KOMPOZITA I KOMPOMERA
Nakon svjetlosne polimerizacije adheziva slijediti upute proizvođača za postavljanje, oblikovanje i svjetlosnu polimerizaciju kompozitnog materijala izbora.
4Б. PRIMJENA DUALNO STVRDNJAVAJUĆIH KOMPOZITA
Nakon svjetlosne polimerizacije adheziva valja zasebno polimerizirati dvostruko polimerizirajući kompozit. U protivnome, samostvrdnjavajućim se može postići loša adhezija.
5. ZAVRŠNA OBRADA
Ispun završno obraditi i polirati standardnim tehnikama.

ČUVANJE
Ako se ne koristi duže vrijeme, čuvati u hladnjaku, inače na sobnoj temperaturi (1-28°C).
Rok valjanosti: 2 godine od datuma proizvodnje.

PAKIRANJE
1. Komplet:
5 mL tekućine (1), posudu (br. 1) (1), aplikator s mikro vrhom (50)
2. Dopuna
5 mL tekućine (1)
Napomena:
Sve vrste pakiranja ne moraju biti dostupne u svim zemljama.

UPOZORENJE
1. G-BOND je zapaljiv. Ne koristiti ni/niti skladištiti ga blizu otvorenog plamena. Držati ga dalje od izvora vatre. Ne čuvati velike količine na jednom mjestu. Ne izlagati direktnom sunčevom svjetlu.
2. G-BOND je hlapljiv. Koristiti ga u dobro provjetrenom prostoru.
3. U slučaju dodira s očima odmah isprati vodom i potražiti liječnika.
4. U slučaju dodira s oralnim tkivom ili kožom odmah odstraniti vatom ili spužvicom namočenom u alkohol. Nakon završetka spuna isprati temeljito vodom.
5. Ako tkivo nakon kontakta s materijalom pobijeli ili nastane mjehur, uputiti pacijenta da zahvaćeno područje ne dira dok reakcija ne nestane, obično nakon 1-2 tjedna. Za izbjegavanje kontakta s tkivom preporučamo koristiti COCOA BUTTER na području koje ne pokriva kofardam.
6. Izbjegavati inhalaciju ili gutanje materijala.
7. Ako se materijal prolije po stolu ili podu, valja ga odmah odstraniti suhom krpom.
8. Ne miješati s drugim sličnim proizvodima.
9. Zbrinjavati sav otpad u skladu s lokalnim propisima.
10. Uvijek nositi zaštitnu opremu, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za oči, treba uvijek nositi.
11. U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može uzrokovati preosjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takvih reakcija valja prekinuti uporabu proizvoda i potražiti liječnika.
12. Ne stavljati pod radno svjetlo.

Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se klasificirati kao opasni prema GHS. Uvijek provjerite u sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.gceurope.com
Također su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo onečišćenje između pacijenata ova višekratna upotrebljiva pakiranja zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. Odmah nakon upotrebe pregledati višekratno upotrebljiva pakiranja i oznaku te obraditi u slučaju bilo kakvog napravu odbaciti.
NE URANJATI U TEKUĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito očistiti višekratno upotrebljivo pakiranje kako bi se spriječilo sušenje i nakupljanje onečišćenja. Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema registriranoj zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno regionalnim/nacionalnim smjernicama.

Zadnje izdanje : 08/2017

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen! HU

G-BOND™

EGYKOMPONENSŰ, ÖNSAVAZÓ, FÉNYRE KEMÉNYEDŐ ADHEZÍV

Felhasználást csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET
1. Fényre keményedő kompozitok és kompomerek ragasztása a fogszerkezethez
2. Duálkötésű ragasztó- és csonkfelépítő kompozitok ragasztása a fogszerkezethez, amennyiben fényre keményedő anyagokról van szó

ELLENJAVALLATOK
1. Direkt pulpasapkázás
2. Kerülje az anyag használatát olyan pácienseknél, akik allergiásak a metakrilát-monomerre, a metakrilát-polimerre vagy az acetonra.

NEM ALKALMAZHATÓ AZ ALÁBBI ESETEKBEN
1. Kémiai kötésű kompozit rezinek alkalmazásakor
2. Eugenolt tartalmazó anyagok alkalmazásakor, melyek gátolhatják a G-BOND megfelelő megszilárdulását illetve rögzülését
3. Érzékenységet csökkentő anyagok alkalmazásakor, melyek gátolhatják a G-BOND megfelelő megszilárdulását illetve rögzülését
4. Duálkötésű rögzítő- és csonkfelépítő kompozit alkalmazásakor, amennyiben ezek az anyagok nem fényre keményedők

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. A KAVITÁS PREPARÁLÁSA
Alakítsa ki a kavitást hagyományos módon. A védelem érdekében használjon kofferdámot. Enyhe levegőárammal szárítsa meg a preparált fogfelszínt.
Megjegyzés:
Direkt Pulpasapkázáshoz használjon kálcium-hidroxidot.
2. APPLIKÁLÁS
a) Az adagolás előtt alaposan rázza fel a G-BOND üvegét (1. ábra).
b) Adagoljon ki néhány cseppet egy tiszta adagoló tálba (2. ábra).
c) A kupakot az adagolást követően azonnal helyezze vissza (3. ábra).
d) AZONNAL vigye fel az preparált zománc- és dentinfelszínre az eldobható applikátor segítségével (4. ábra).
e) A felvitel után 5-10 másodpercig hagyja érintetlenül (5. ábra).
f) Ezt követően 5 másodperc alatt alaposan szárítsa le olajmentes, száraz levegővel, MAXIMÁLIS légnyomással. Használjon elszívást, így megelőzheti az adhezív szétfröccsklődését (6. ábra). A végeredmény egy vékony, érdes adhezív film, melynek megjelenése a fagyott üveghez hasonlít, és további légnyomásra nem mozdul el.
Megjegyzés:
1) Amennyiben hosszan tartó tárolás után veszi elő a G-BOND-ot a hűtőszekrényből, a használat megkezdése előtt hagyja néhány percig szobahőmérsékleten állni.
2) A preparálatlan zománcot a G-BOND alkalmazása előtt kezelje 35-40% os savas gélben, oblítse le vízzel és szárítsa le.
3) A G-BOND illékony oldószert tartalmaz, ezért azonnal applikálja.
4) A fogon maradt fölösleges anyagot (az összes nem bondozandó felületet) egy pamutgombócc, vagy szivacscsavar segítségével, mivel az anyagfölösleg eltávolítása a fénykezelés után még nehéz.
5) Amennyiben a fénykezelés előtt az anyag vízzel, nyálával vagy vérrel szennyeződik, akkor mossa és szárítsa le a fogat, majd ismételje meg az anyag felvitelét.
3. FÉNYKEZELÉS
Fénykezelje egy látható fényű kibocsátó fénypolimerizáló készülékkel (7. ábra).

Megvilágítási idő	
Halogén / LED (700 mW/cm²)	10 másodperc
Plasma Arc (2000 mW/cm²)	3 másodperc
Nagy teljesítményű LED (többb, mint 1200 mW/cm²)	5 másodperc

Amennyiben a fényvezető csőr a felszíntől több mint 10 mm-re van, akkor az alábbi megvilágítási időket alkalmazza:

Halogén / LED (700 mW/cm²)	20 másodperc
Plasma Arc (2000 mW/cm²)	6 másodperc
Nagy teljesítményű LED (többb, mint 1200 mW/cm²)	10 másodperc

Megjegyzés:
1) A megfelelő kötés érdekében a fénykezelést tökéletesen végezze.
2) A fénykezelés alatt használjon védőpajzsot vagy más, szemet védő eszközt.

4А. A FÉNYRE KEMÉNYEDŐ KOMPOZITOK ÉS KOMPOMEREK APPLIKÁLÁSA
Az adhezív fénykezelését követően a kompozit behelyezését, kontúrozását és fénykezelését a gyártó használati útmutatójának megfelelően végezze el.
4Б. DUÁLKÖTÉSŰ KOMPOZITOK APPLIKÁLÁSA
Az adhezív fénykezelését követően, fénykezelje a duálkötésű kompozitot különállóan. Az önkötés nem biztosít megfelelő rögzítést.
5. FINÍROZÁS
Igazítsa és polírozza a helyreállítást hagyományos módon.

TÁROLÁS
Amennyiben hosszú ideig nem használja, tárolja hűtve, egyébként szobahőmérsékleten tárolható (1-28°C) (33,8-82,4°F).
Eltarthatóság: gyártástól számított 2 év

KISZERELÉS
1. Készlet:
5mL folyadék (1), adagolótálka (No.1) (1), eldobható applikátor (50)
2. Utántöltő
5mL folyadék (1)
Figyelem:
Nem minden kiszerelés érhető el minden országban.

FIGYELMEZTETÉS
1. A G-BOND gyúlékony anyag. Ne használja nyílt lángnál mellett. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól. Ne tároljon nagy mennyiséget egy térben.
2. Közvetlen napfénytől tartsa távol.
2. A G-BOND illékony. Megfelelő szellőzésű helyen használja.
3. Amennyiben az anyag szembe kerül, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz.
4. Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bőrre kerül, azonnal távolítsa el egy szivacs- vagy vattadarab segítségével. A helyreállítás befejezése után alaposan öblítse le vízzel.
5. Amennyiben az anyaggal érintkező szövet kifehéredik vagy felhólyagosodik, tanácsolja páciensének, hogy hagyja érintetlenül a területet az elváltozás eltűnéséig. Ez általában 1-2 hetet vesz igénybe.
Az érintkezés elkerülése érdekében a kofferdámmal nem fedett területeken COCOA BUTTER használata ajánlott.
6. Kerülje el az anyag lenyelését vagy belélegzését.
7. Amennyiben a munkapultra vagy a földre csöppen, azonnal törölje fel egy száraz ruhával.
8. Ne keverje össze más termékekkel.
9. A hulladéket a helyi szabályoknak megfelelően semmisítse meg.
10. Mindig viseljen szemvédő felszerelést, mint például kesztyűt, maszkot, biztonsági szemvédőt.
11. A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes személyeken. Amennyiben hasonlót tapasztal, függessze fel a termék használát, és páciense forduljon szakorvoshoz.
12. Ne helyezze az operációs lámpa fényébe.

Némely, a jelen használati útmutatóban említett termék a GHS besorolás szerint veszélyes lehet. Mindig tájékozódjon a biztonsági adatlapokból, melyek az alábbi címen érhetők el:
http://www.gceurope.com
Az adatlapokat igényelheti beszállítójától is.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS
TÖBBCELLÁS KISZERELÉS: a páciensek közti keresztfertőzések elkerülésének érdekében ez az eszköz közepes szintű dezinfekciót igényel. A használat után azonnal ellenőrizze az eszközt és a címke sértetlenségét

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.

SK

G-BOND™

JEDNOZLOŽKOVÉ SAMOLEPTACIE SVETLOM TUHNÚCE ADHEZÍVUM

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikácích.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE

1. Bonding svetlom tuhnúcich kompozitov a kompozitov modifikovaných kyselinou (kompomérov) na štruktúru zuba.
2. Bonding dulného tuhnúcich fixačných kompozitov a kompozitov na dostavbu pahýľa v prípade, že tieto materiály budú vytvrdzované svetlom.

KONTRAINDIKÁCIE

1. Priame prekrytie pulpy.
2. Vyvolajte sa používaniu tohto výrobku u pacientov so známymi alergiami na metakrylátový monomér, metakrylátový polymér alebo acetón.

NEPOUŽÍVAJTE

1. V kombinácii s chemicky tuhnúcou kompozitnou živicou.
2. V kombinácii s materiálmi obsahujúcimi eugenol, kedže eugenol môže narušiť tuhnutie alebo viazanie G-BONDU.
3. V kombinácii s flegmatizátormi, kedže flegmatizátory môžu narušiť tuhnutie alebo viazanie G-BONDU.
4. V kombinácii s dušine tuhnúcimi fixačnými kompozitmi a kompozitmi na dostavbu pahýľa, ak tieto materiály nebudú vytvrdzované svetlom.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. PREPARÁCIA KAVITY
Zub pripravíte bežným spôsobom. Na ochranu pouzlie koferdam. Povrch preparovaného zuba osušte jemným oflúknutím vzduchovou striekačkou.
Poznámka:
Na prekrytie pulpy použite hydroxid vápenatý.
2. APLIKÁCIA
a) Pred dávkovaním G-BONDU dôkladne potraste fľaštičkou (obr. 1).
b) Do čistej dávkovacej nádoby kvapnite niekoľko kvapiek (obr. 2).
c) Po použití fľaštičku ihneď uzatvorte (obr. 3).
d) Pomocou jednorazového aplikátora IHNEĎ naneste na povrch skloviny a dentínu (obr. 4).
e) Po skončení nanášania nechajte 5-10 sekúnd v kľude (obr. 5).
f) Potom 5 sekúnd dôkladne osušte bezolejovým vzduchom pod MAXIMALNYM tlakom vzduchu. Aby ste sa vyhli vystrekiniu adhezíva, použite vákuové saníe (obr. 6). Konečným výsledkom by mal byť tenký, drsný adhezívny film vzhľadu zamrznutého skla, ktorý sa pod ďalším tlakom vzduchu viditeľne nepohybuje.
Poznámka:
1) Ak G-BOND vyberáte z chladničky po dlhodobom skladovaní, nechajte fľaštičku pred použitím niekoľko minút stáť pri izbovej teplote.
2) Nepreparovanú skloviru treba pred použitím G-BONDU ošetriť 35 – 40% gélom kyseliny fosforečnej, opláchnuť vodou a jemne osušiť.
3) G-BOND nanášajte ihneď, kedže materiál obsahuje prchavé rozpúšťadlo.
4) Nadbytočný materiál zo zuba (nie z povrchov, ktoré majú byť bondované) odstráňte pomocou špongie alebo vatového tampóna, pretože po vytvrdení sa zvyšky materiálu ťažko odstraňujú.
5) V prípade, že pred vytvrdzovaním svetlom by kontaminácii nanášaného materiálu vodou, krvou alebo slinami, zub omyte, osušte a postup opakujte opätovným nanesením materiálu.
3. VYTVRDZOVANIE SVETLOM
Vytvrdzovanie pomocou prístroja na vytvrdzovanie viditeľným svetlom (obr. 7).

Čas osvetenia

Halogén / LED (700 mW/cm²)	10 sekúnd
Plazma (2000 mW/cm²)	3 sekundy
Vysoko výkonná LED (viac ako 1200 mW/cm²)	5 sekúnd

Ak je špica svetlovodu ďalej ako 10 mm od povrchu, ktorý má byť ožiarený, čas vytvrdzovania svetlom je nasledovný.

Halogén / LED (700 mW/cm²)	20 sekúnd
Plazma (2000 mW/cm²)	6 sekúnd
Vysoko výkonná LED (viac ako 1200 mW/cm²)	10 sekúnd

Poznámka:
1) Účinnú vázobnú silu dosiahnete kompletným vytvrdením.
2) Pri vytvrdzovaní svetlom si chráňte oči ochranným štítom alebo okuliarmi.

4A. NANÁŠANIE SVETLOM TUHNÚCICH KOMPOZITOV A KOMPOMÉROV
Po vytvrdení adhezíva svetlom aplikujte kompozitnú živicu podľa vlastného výberu. Pri jej nanášaní, kontúrovaní a vytvrdzovaní svetlom dodržiavajte pokyny výrobcu.

4B. NANÁŠANIE DUÁLNE TUHNÚCICH KOMPOZITOV
Po vytvrdení adhezíva svetlom dbajte, aby sa dualne tuhnúci materiál vytvrdzoval svetlom osobitne. Len samotuhnutie bude mať za následok nesprávnu adhéziu.

5. KONEČNÉ OPRACOVANIE
Konečnú úpravu vykonajte a leštite bežným spôsobom.

USKLADNENIE

Ak materiál dlhší čas nepoužívate, uchovávajte ho v chladničke, v opačnom prípade skladujte pri izbovej teplote (1-28°C) (33,8-82,4°F).
Trvanlivosť: 2 roky od dátumu výroby.

BALENIE

1. Súprava:
5 mL tekutiny (1), dávkovaciu nádobku (č. 1), (1), jednorazový aplikátor (50)
2. Náhradné balenie
5 mL tekutiny (1)
Poznámka:
Všetky typy balení nemusia byť dostupné v každej krajine.

UPOZORNENIE

1. G-BOND je horľavý. Nepoužívajte v blízkosti otvoreného plameňa. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Neskladujte väčšie množstvo na jednom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
2. G-BOND je prchavý. Používajte v riadne vetranej miestnosti.
3. V prípade zasiahnutia očí okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
4. V prípade zasiahnutia ostnej sliznice alebo pokožky ihneď odstráňte pomocou špongie alebo vatového tampónu. Po dokončení vypláchne dôkladne vypláchnite vodou.
5. Ak sliznica po kontakte s materiálom zbelie, prípadne sa na nej objaví pľuzgier, poraďte pacientovi, aby postihnuté miesto nedráždil, kým priznaky neustúpia, zvyčajne 1 – 2 týždne. Na zabránenie kontaktu sa odporúča natrieť oblasť, ktorú nemožno pokryť koferdamom, COCOA BUTTER.
6. Vystríhajte sa vdychovania či prehltania materiálu.
7. V prípade roztlačia na stôl alebo dlážku ihneď zotrite suchou handričkou.
8. Nemiešajte s inými výrobkami.
9. Všetok odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami.
10. Vždy používajte ochranné pomôcky ako je rukavice, rúška a ochranný kryt očí.
11. V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.
12. Neumiestňujte pod pracovné svetlo.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese:
http://www.gceurope.com
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA

DÁVKOVACIE SYTÉMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientami vyčaduju tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítok poškodený. V prípade poškodenia, ho ihneď zlikvidujte.
NEPONÁRAJTE DO TEKUTÍN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysýchaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými zdravotnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Naposledy upravené : 08/2017

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo.

SL

G-BOND™

ENOKOMPONENTNI SAMOJEDKAJOČI SVETLOBNOSTRJUJOČI VEZAVNI SISTEM

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

PRIPOROČENE INDIKACIJE

1. Vez med svetlobnostrjujočim kompozitom in kompomerom na zobno substanco.
2. Vez med dvojno strujojočim kompozitom za cementiranje in dograditve na zobno substanco, če se le ti polimerizirajo s svetlobo.

KONTRAINDIKACIJE

1. Direktno kritje pulpe.
2. Izogibajte se uporabi tega izdelka pri pacientih z znano alergijo na metakrilatne monomer, metakrilatne polimere ali aceton.

PREPOVEDANA JE UPORABA

1. V kombinaciji s kemično strjujočim kompozitom.
2. G-BOND ne uporabljajte skupaj z materiali kateri vsebujejo evgenol, ker evgenol preprečuje strditev le teh.
3. V kombinaciji s sredstvi za desenzibilizacijo, ker lahko onemogočajo vezavo in strjevanje G-BOND-a.
4. Vez med dvojno strujojočim kompozitom za cementiranje in dograditve na zobno substanco, če se le ti ne polimerizirajo s svetlobo.

NAVODILA ZA UPORABO

1. PREPARACIJA KAVITETE
Zob pripravimo po standardni tehniki. Uporabite koferdam za zaščito. Osušite pripravljene zobne površine s rahlim zračnim pritiskom.
Pomembno:
Za prekrivanje direktno kritje pulpe uporabite kalcijev hidroksid.
2. APLIKACIJA
a) Pred uporabo dobro pretresite stekleničko. (slika 1).
b) Istisnite nekoliko kapljic v posodico (slika 2).
c) Stekleničko zaprite takoj po uporabi (slika 3).
d) Material TAKOJ nanesite na preparirane površine sklenine in dentina s pomočjo mikro ročaja (slika 4).
e) Pustite delovati 5-10 sekund po nanosu (slika 5).
f) Nato temeljito posušiti 5 sekund z nemastnim zrakom pod MAKSIMALNIM pritiskom. Uporabite sesalec za sesanje razpršenega materiala (slika 6). Končni rezultat more biti tanka, hrapava, adhezivna površina, katera ima izgled zmrznjenega stekla in katera se ne premika pod vazdušnim pritiskom.
Pomembno:
1) Po daljšem hranjenju v hladilniku, steklenično pred uporabo pustimo nekaj minut na sobni temperaturi.
2) Pred uporabo G-BOND-a nebrisano sklenino obdelati s 35-40% gelom fosforne kiseline, sprati z vodo in rahlo posušiti.
3) G-BOND nanesti takoj, gede na to da vsebuje hlaplive snovi.
4) Zobovje ali vse ostetranil višek materiala z zoba (razen s površine, katera se veže), ker kasneje je težko odstraniti viške.
5) Če se pred polimerizacijo material kontaminira z vodo, krvjo ali sline ga je potrebno sprati z vodo in postopek ponoviti.
3. SVETLOBNA POLIMERIZACIJA
Polimerizirati z lučko za polimerizacijo (slika 7).

Čas polimerizacije

Halogena / LED lučka (700 mW/cm²)	20 sekund
Plazma luč (2000 mW/cm²)	6 sekund
LED visoke jakosti (več kot 1200 mW/cm²)	10 sekund

Če se vrh svetlobnega nastavka nahaja več kot 10mm od površine katero polimeriziramo, uporabite naslednje čase strjevanja.

Halogena / LED lučka (700 mW/cm²)	20 sekund
Plazma luč (2000 mW/cm²)	6 sekund
LED visoke jakosti (več kot 1200 mW/cm²)	10 sekund

Pomembno:
1) Za dobro vez je potrebna popolna polimerizacija.
2) Med polimerizacijo je obvezna uporaba zaščitnih očal.

4A. NANOS SVETLOBNO POLIMERIZIRAJOČIH KOMPOZITOV IN KOMPOMEROV
Po svetlobni polimerizaciji adheziva, slediti navodilom za nanos, oblikovanje in polimerizacijo kompozitnega materiala.

4B. NANOS DVOJNO STRJUJOČIH KOMPOZITOV
Po svetlobni polimerizaciji adheziva je potrebno posebej polimerizirati dvojno strjujoč kompozitni material. V nasprotnem se z samovezavo doseže slaba vez.

5. KONČNA OBDELAVA
Polnitev obdelati in polirati po standardnih postopkih.

SHRANJEVANJE

Če se uporabija dalj časa v hladilniku, drugače na sobni temperaturi (1-28°C).
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

PAKIRANJE

1. Komplet:
5 mL tekočine (1), posodico (br. 1) (1), aplikator z mikro konico. (50)
2. Nakradno pakiranje
5 mL tekočine (1)
Opomba:
Niso vse pakiranja na voljo v vseh državah.

OPOZORILO

1. G-BOND je vnetljiv. Ne uporabljajte niti ga ne skladiščite blizu odprtega ognja. Hranit ga daleč od izvora ognja. Ne shranjujte velikih količin na enem mestu. Ne izpostavljajte ga direktni sončni svetlobi.
2. G-BOND je hlapljiv. Uporabljati ga v dobro prezračenem prostoru.
3. V slučaju kontakta z očmi takoj sprati z vodo in poiskati zdravnika.
4. V slučaju stika z oralnim tkivom ali kožo, takoj odstranite z vato ali gobico pomočeno v alkohol. Po koncu polnitve temeljito isprati z vodo.
5. Če tkivo po kontaktu z materialom postane belkasto ali nastane mehur podujte pacienta da se ozbilna dobiri reakcija ne preneha, običajno po 1-2 tednih. Za prepečitev kontakta s tkivom uporabiti COCOA BUTTER na področjih, ki jih ne pokriva koferdam.
6. Izogibati se inhalaciji ali požiranju materiala.
7. Če se material polije po mizi ali tleh, ga je potrebno takoj odstraniti s suho krpo.
8. Ne mešati z drugimi sličnimi projzvodi.
9. Hraniti odpadke v skladu z lokalnimi predpisi.
10. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati.
11. V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite z uporabo izdelka in napotite pacienta k zdravniku.
12. Ne uporabljaj pod operacijsko lučjo.

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani kot nevarni glede na GHS. Vedno se podučite o navodilih za varno uporabo na:
http://www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA

SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med pacientom in sistemom za večkratno uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi pregledje sistem za večkratno uporabo in označite poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite sistem za večkratno uporabo, da preprečite sušenje in nabiranje nečistote. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno/lokalno regulativo.

Zadnja izdaja : 08/2017

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo.

SR

G-BOND™

JEDNOKOMPONENTNI SAMONAGRIZAJUĆI SVETLOSNOPOLIMERIZUJUĆI ADHEZIV

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u navedenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE

1. Spajanje svetlosnopolimerizujućih kompozita i kiselinom modifikovanih kompozita (kompomera) za zubno tkivo.
2. Spajanje dvostruko polimerizujućih kompozita za cementiranje i nadogradnje za zubno tkivo ako se ti materijali polimerizuju svetlom.

KONTRAINDIKACIJE

1. Direktno prekrivanje pulpe.
2. Ne upotrebljavati ovaj proizvod kod pacijenata alergičnih na metakrilat monomer, metakrilat polimer ili aceton.

NE SME SE KORISTITI

1. U kombinaciji sa hemijski stvrdnjavajućim kompozitima.
2. G-BOND ne upotrebljajte skupaj s materiali materiali kateri vsebujejo evgenol, ker evgenol preprečuje strditev le teh.
3. U kombinaciji sa sredstvima za desenzibilizaciju, ker lahko onemogočajo vezavo in strjevanje G-BOND-a.
4. U kombinaciji sa dvostruko polimerizujućim kompozitima za cementiranje i nadogradnje ako se ti materijali ne polimerizuju.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. PREPARACIJA KAVITETA
Zub preparirati standardnim tehnikama. Koristiti koferdam za zaštitu. Osušiti pripremljene zubne površine blagim vlazom pustera.
Pažnja:
Za direktno prekrivanje pulpe koristiti kalcijum hidroksid.
2. APLIKACIJA
a) Pre upotrebe dobro pretresite stešenicko. (slika 1).
b) Istisnuti nekoliko kap na čistu posudicu (slika 2).
c) Bočicu zatvoriti odmah nakon upotrebe (slika 3).
d) Materijal ODMAH naneti na pripremane površine gleđi i dentina pomoću aplikatora mikro vrhom (slika 4).
e) Ostaviti 5-10 sekundi nakon nanošenja (slika 5).
f) Zatim temeljno osušiti 5 sekundi nemasnim vazdušnim mlazom pod MAKSIMALNIM pritiskom. Koristiti vakum za usisavanje raspršenog materijala (slika 6). Končni rezultat more biti tanak, hrapava, adhezivna sloj koji izgleda poput smrznutog stakla i koji se vidljivo ne pomera pod vazdušnim pritiskom.
Pažnja:
1) Posle dužeg čuvanja u frižideru bočicu G-BOND pre upotrebe ostaviti nekoliko minuta na sobnoj temperaturi.
2) Pre upotrebe G-BOND-a nebrušenu sklenino obdelati s 35-40% gelom fosforne kiseline, isprati vodom i lagano osušiti.
3) G-BOND naneti takoj, gede na to da vsebuje hlaplive snovi.
4) Zobovje ali vse ostetranil višek materiala z zoba (razen s površine, katera se veže), ker kasneje je težko odstraniti viške.
5) Če se pred polimerizacijo material kontaminira z vodo, krvjo ali sline ga je potrebno sprati z vodo in postopek ponoviti.
3. SVETLOBNA POLIMERIZACIJA
Polimerizovati uređajem za polimerizaciju vidljivim svetlom (Sl. 7).

Vreme osvetljavanja

Halogeno / LED svetlo (700 mW/cm²)	10 sekundi
Plazmeno lučno svetlo (2000 mW/cm²)	3 sekunde
Visoko snažno LED svetlo (više od 1200 mW/cm²)	5 sekundi

Ako se vrh vodilice za svetlo nalazi više od 10 mm od površine za osvetljavanje, koristiti sledeće vreme osvetljavanja.

Halogeno / LED svetlo (700 mW/cm²)	20 sekundi
Plazmeno lučno svetlo (2000 mW/cm²)	6 sekundi
Visoko snažno LED svetlo (više od 1200 mW/cm²)	10 sekundi

Pažnja:
1) Za dobru čvrstoću spajanja treba potpuno polimerizovati.
2) Tokom polimerizacije koristiti zaštitu za oči.

4A. PRIMENA
SVETLOSNOPOLIMERIZUJUĆIH KOMPOZITA I KOMPOMERA
Posle svetlosne polimerizacije adheziva slediti uputstvo proizvođača za postavljanje, oblikovanje i svetlosnu polimerizaciju kompozitnog materijala izbora.

4B. PRIMENA DVOSTRUKO STVRDNJAVAJUĆIH KOMPOZITA
Posle svetlosne polimerizacije adheziva treba zasebno polimerizovati dvostruko polimerizujući kompozit. U protivnom, samostvrdnjavanjem će se postići loša adhezija.

5. ZAVRŠNA OBRADA
Ispun završno obraditi i polirati standardnim tehnikama.

ČUVANJE

Ako se ne koristi duže vreme, čuvati u frižideru, inače na sobnoj temperaturi (1-28°C).
Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

1. Komplet:
5 mL tečnosti (1), posudu (br. 1) (1), aplikator sa mikro vrhom (50)
2. Dopuna
5 mL tečnosti (1)
Napomena:
Sve vrste pakovanja ne moraju biti dostupne u svim zemljama.

UPOZORENJE

1. G-BOND je zapaljiv. Ne koristiti ga ni/niti čuvati blizu otvorenog plamena. Držati ga dalje od izvora vatre. Ne čuvati velike količine na jednom mestu. Ne izlagati direktnom sunčevom svetlu.
2. G-BOND je isparljiv. Koristiti ga u dobro provetrenom prostoru.
3. U slučaju dodira sa očima odmah isprati vodom i potražiti lekara.
4. U slučaju dodira sa oralnim tkivom ili kožom odmah odstraniti vatom ili sunđerom namočenim u alkohol. Posle završetka ispuna isprati dobro vodom.
5. Ako tkivo posle kontakta sa materijalom pobeli ili nastane mehur, uputiti pacijenta da zahvaćeno područje ne dira dok reakcija ne nestane, obično posle 1-2 nedelje. Za izbegavanje kontakta sa tkivom preporučujemo COCOA BUTTER na području koje ne pokriva koferdam.
6. Izbegavati inhalaciju ili gutanje materijala.
7. Ako se materijal prolije po stolu ili podu, treba ga odmah odstraniti suvom krpom.
8. Ne mešati sa drugim sličnim proizvodima.
9. Zbrinjavati sav otpad u skladu sa lokalnim propisima.
10. Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za oči, treba uvek nositi.
11. U retkim slučajevima ovaj proizvod može da izazove preosetljivost kod nekih osoba. U slučaju takvih reakcija treba prekinuti upotrebu proizvoda i potražiti lekara.
12. Ne stavljati pod radno svetlo.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu mogu da se klasifikuju kao opasni prema GHS. Uvek proverite u sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.gceurope.com
Takođe su dostupni kod vašeg dobavljača.

ČIŠČENJE I DEZINFEKCIJA

VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledati višekratno upotrebljivo pakovanje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećenu spraviu baciti.
NE URANJATI U TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno očistiti višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje prljavštine. Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno/nacionalnim smernicama.

Poslednja revizija : 08/2017

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

G-BOND™

ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ САМОПРОТРАВЛЮЮЧИЙ АДГЕЗИВ СВІТЛОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ

1. Бондинг композитів світлової полімеризації та модифікованих кислотами композитів (компомерів) до структур зуба.
2. Бондинг до структур зуба композитів подвійного твердіння для фіксації або надбудови куки за умови, що ці матеріали будуть полімеризуватися світлом.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

1. Пряме перекриття пульпи.
2. Не використовуйте даний продукт у пацієнтів з підтвердженою алергією на метакрилатний мономер, метакрилатний полімер або ацетон.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ

1. У комбінації з композитами хімічного твердіння.
2. У комбінації з матеріалами, що містять евгенол, оскільки евгенол може зашкодити полімеризації або отриманню належної адгезії G-BOND.
3. У комбінації з десенсетайзерами, оскільки десенсетайзери можуть зашкодити полімеризації або отриманню належної адгезії G-BOND.
4. У комбінації з композитами подвійного твердіння для фіксації або надбудови куки, якщо ці подвійні композити у матеріали не будуть полімеризуватися світлом.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. ПІДГОТОВКА ПОРОЖНИНИ
Відпрепарайте зуб, застосовуючи традиційну методику. Для захисту використовуйте коферадам. Висушіть відпрепарованої поверхні зуба повітрям під невеликим тиском.
Примітка:
Для перекриття пульпи використовуйте матеріали на основі гідроксиду кальцію.
2. НАНЕСЕННЯ
а) Ретельно збовтайте пляшечку з G-BOND перед видавлюванням (Рис. 1).
б) Видавіть кілька крапель на чисту палету (Рис. 2).
в) Закривайте пляшечку одразу після використання (Рис. 3).
г) НЕГАЙНО за допомогою одноразового аплікатора нанесіть матеріал на поверхні емалі та дентину (Рис. 4).
д) Залиште на 5-10 секунд. (Рис. 5).
е) Потім ретельно висушіть повітрям без домішок масла під МАКСИМАЛЬНИМ тиском протягом 5 секунд. Використовуйте пилосос для запобігання розбризкування адгезиву (Рис.6). Кінцевим результатом повинна бути тонка, шорстувата плівка адгезиву, що має вигляд покритого інеєм скла та помітно не міняється при подальшому обдуванні повітрям.
Примітка:
1) Після довготривалого зберігання у холодильнику перед використанням залиште пляшечку з G-BOND на кілька хвилин при кімнатній температурі.
2) Перед використанням G-BOND не препаровану емаль необхідно обробити гелем 35-40% ортофосфорної кислоти, промити водою та злегка підсушити.
3) Наносьте G-BOND одразу, оскільки матеріал містить летючий розчинник.
4) Видаліть надлишки матеріалу з поверхонь зуба, що не призначені для бондинг, губкою або ватною кулькою, оскільки після полімеризації зробити це буде важко.
5) Якщо на нанесений матеріал забруднено водою, кров'ю чи слиною до полімеризації, промийте зуб водою, висушіть повітрям та повторіть процедуру нанесення.
3. ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ СВІТЛОМ
Використовуйте призначений для цього полімеризатор (Рис. 7).

Час експозиції

Галогеновий/ Світлодіодний (700 мВт/см²)	10 секунд
Плазмова дуга (2000 мВт/см²)	3 секунди
Високопотужний світлодіод (понад 1200 мВт / см²)	5 секунд

У випадку, якщо світловод віддалений від поверхні, що опромінюється, більше ніж на 10 мм, полімеризуйте протягом такого часу.

Галогеновий/ Світлодіодний (700 мВт/см²)	20 секунд
Плазмова дуга (2000 мВт/см²)	6 секунд
Високопотужний світлодіод (понад 1200 мВт / см²)	10 секунд

Примітка:
1) Для отримання максимальної адгезії полімеризуйте матеріал повністю.
2) Використовуйте захисний щиток або подібний захисний пристрій для очей під час полімеризації світлом.

4А. ВНЕСЕННЯ КОМПОЗИТІВ ТА КОМПОМЕРІВ СВІТЛОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ
Після полімеризації адгезиву дотримуйтесь інструкцій виробника щодо внесення, контурування та полімеризації світлом композитного матеріалу, що застосовується.

4Б. ВНЕСЕННЯ КОМПОЗИТІВ ПОДВІЙНОГО ТВЕРДІННЯ
Після полімеризації адгезиву обов'язково полімеризуйте світлом матеріал подвійного твердіння окремо. Просто хімічне твердіння призведе до отримання недостатньої адгезії.

5. ФІНІШНА ОБРОБКА
Підгонку та поліровку реставрації виконуйте за стандартною методикою.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте матеріал у холодильнику, якщо він не використовується тривалий час; в іншому випадку, зберігайте при кімнатній температурі (1-28°C) (33,8-82,4°F).
Термін придатності: 2 роки від дати виробництва.

УПАКОВКА

1. Набір:
5мл рідини (1), палета для видавлювання (№1) (1), одноразовий аплікатор (50)
2. Refill
5мл рідини (1)
Примітка:
Не всі типи упаковок можуть бути наявні в усіх країнах.

УВАГА

1. G-BOND – легкозаймиста речовина. Не використовуйте біля відкритого вогню. Не тримайте близько до джерел займання. Не зберігайте велику кількість матеріалу в одному місці. Не тримайте під прямими сонячними променями.
2. G-BOND – летюча речовина. Використовуйте у приміщеннях, що добре провітрюються.
3. При потраплянні у очі негайно промийте водою та зверніться до лікаря.
4. У випадку контакту матеріалу з м'якими тканинами ротової порожнини або шкірою негайно видаліть матеріал губкою або ватною кулькою. Після завершення реставрації ретельно промийте водою.
5. Якщо ділянка на тілі, що контактувала з матеріалом, побіліла або виникла пухирець, порадьте пацієнтові не чіпати вражену поверхню доти, доки подразнення не зникне (зазвичай, 1-2 тижні). Задля запобігання такого контакту рекомендується наносити COCOA BUTTER на ділянки, які не можуть бути зольовані за допомогою коферадаму.
6. Не допускайте вдихання та ковтання матеріалу.
7. При потраплянні матеріалу на стіл чи підлогу негайно приберіть його сухою тканиною.
8. Не змішуйте з іншими матеріалами.
9. Утилізуйте залишки відповідно до місцевих правил.
10. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.
11. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.
12. Запобігайте потрапляння під вплив штучного освітлення.

Деякі зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути охарактеризовані як небезпечні згідно з GHS. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним посиланням:
http://www.gceurope.com
Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ

СИСТЕМИ ДОСТАВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою запобігання перехресному інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають дезінфекції середнього рівня. Одразу після використання перевірайте їх стан. Не використовуйте у разі пошкодження.
НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ДЕЗИНФІКУЮЧІ РОЗЧИНИ. Ретельно очистіть систему, щоб попередити засихання та накопичення забруднень. Продезінфікуйте її дезінфікуючим засобом для середнього рівня дезінфекції, який зареєстрований в установах охорони здоров'я відповідно до регіональних/національних вимог.

Останні зміни внесено : 08/2017

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРІСТАР-ЦЕНТР»
вул. Маяковського, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua
UA.TR.067

Kullanımdan önce, talimatları dikkatlice okuyunuz.

TR

G-BOND™

TEK KOMPOENTLİ KENDİNDEN ASİTLİ İŞIK İLE POLİMERİZE OLAN ADEZİV

Sadece diş hekimleri ve diş teknisyenleri tarafından önerilen endikasyonlarda kullanılır

TAVSİYE EDİLEN ENDİKASYONLAR

1. Işıkla polimerize olan kompozitlerin ve asit modifiye kompozitlerin(kompomer) diş yapısına bağlanmasında.
2. Dual - cure yapıştırma simanlarında ve ışıkla polimerize olan kor yapım kompozitlerinin diş yapısına bağlanmasında.

KONTRAENDİKASYONLAR

1. Direk pulpa örtücü
2. Bu ürünün kullanımını metakrilat monomeri, metakrilat polimeri veya aseton alerjisi olduğu bilinen hastalarda önleyiniz.

KULLANILMAMALI

1. Kimyasal polymerize olan rezin kompozitler ile birlikte
2. Öjenol içeren materyaller ile birlikte kullanmayınız. G-bond'un polimerizasyonunu ve bağlantısı etkilemektedir.
3. Hassasiyet giderici içeren materyaller ile birlikte kullanmayınız. G-bond'un polimerizasyonunu ve bağlantısı etkilemektedir.
4. Dual-cure yapıştırma simanları ve kor yapım materyalleri ışıkla polimerize edilmediği sürece birlikte kullanılmamalıdır.

KULLANMA TALİMATI

1. KAVİTE HAZIRLAMA
Kaviteyi standart yöntemlerle hazırlayınız. Koruma için rubber kofferdam kullanınız. Diş yüzeyini hafif hava ile kurulayınız.
NOT:
Direk pulpa örtücü olarak kalsiyum hidroksit kullanınız.
2. UYGULAMA
a) Bondingi damlatmadan once şişeyi bir kaç dakika dik bir şekilde çalkalıyınız. (Şek.1)
b) Temiz godeye bir kaç damla damlatınız. (Şek.2)
c) Şişenin kapağını kullandıktan sonra hızlıca kapatınız. (Şek.3)
d) Tek kullanımlık aplikatörler ile hızlıca hazırlanmış mineye ve dentine uygulayınız. (Şek.4)
e) Uygulamanın ardından 5-10 saniye bondu dağıtmadan bekleyin. (Şek.5)
f) Daha sonra, hafiya şekilde maksimum hava basıncı altında 5 saniye kurutunuz. Adezivin sıçramasını önlemek için tükürük emici kullanınız. (Şek.6) En son sonuç, buzlu cam görüntüsünde hava basıcı altında hareketi görünmeyen ince, pürüzlü adeziv film tabakası şeklinde olmalıdır.
Not:
1) Buz dolabında saklanmış bodingleri kullanmadan once birkaç dakika oda sıcaklığında bekletiniz.
2) Kesilmemiş mineye uygulamadan once %35-40 fosforik asit uygulayın. Yıkayın ve hafiyce kurutunuz. G-Bond'u uygulayınız.
3) Materyal uçucu çözücü içerdiği için hızlı bir şekilde uygulayınız.
4) Işık uyguladıktan sonra artık materyalleri diş yüzeyinden temizleyiniz. Bondlanmamın istemediğiniz yüzeyleri pamuk pelet ile temizleyiniz yoksa işik küründen sonra çıkarması zor olacaktır.
5) Eğer materyal işik uygulamadan once su, kan veya tükürük ile kontamine olursa işlemi tekrarlayınız.

3. IŞIK KÜRÜ

Işık Uygulama Süresi:

Halojen/ LED(700 mW/cm²)	10 saniye
Plazma ark (2000 mW/ cm²)	3 saniye
Yüksek Enerjili LED (1200 mW/cm²)(dan fazla)	5 saniye

Işık uygulanan alana ışık cihazının ucunun uzaklığı 10 mm fazla ise aşağıdaki sürelerde işik uygulayınız.

Halojen/ LED(700 mW/cm²)	20 saniye
Plazma ark (2000 mW/ cm²)	6 saniye
Yüksek Enerjili LED (1200 mW/cm²)(dan fazla)	10 aniye

Not:
1) Işık Kürü tamamlanması bondingin bağlanma gücüne bir etkendir.
2) Gözlerinizi ışıktan korumak için koruyucu kullanınız.

4A. IŞIKLA POLİMERİZE OLAN KOMPOZİT VE KOMPOMER YERLEŞTİRİLMESİ
Işıklı adezivi uyguladıktan sonra, üretici firmanın talimatlarına gore yerleştiriniz ve konturlayınız ve seçeneğe gore işık kürü uygulayınız.

4B. DUAL CURE KOMPOZİT YERLEŞTİRİLMESİ
Işıklı adezivi uyguladıktan sonra, ışık ile dual kür materyalin polymerize edildiğinden emin olun.

5. BİTİRME
Restorasyonu uygulayınız ve bilinen yöntemlerle parlatma işlemini yapınız.

SAKLAMA KOŞULLARI

Uzun sure kullanılmayacaksa buzdolabında saklayabilirsiniz.
Diğer durumlarda oda sıcaklığında saklanmalıdır.
(1-28°C) (33,8-82,4°F).
Raf Ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

AMBALAJ

1. Kiti
5 mL likit, 50 adet aplikatör,1 adet aplikatör tutucu ve 1 adet plastik gode
2. Refil
5 mL likit,
Not:
T